


# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э. БАУМАНА

## Звукореактотест



Прибор обеспечивает экспресс диагностику нарушений слуха у детей дошкольного и младшего школьного возраста методом игровой аудиометрии. Прибор позволяет проводить не только оценки состояния слуха у ребенка, но и тренировать звуковое внимание, что является особенно важным для детей с нарушением слуха, в частности, при тугоухости. Прибор может быть использован как в клинических так и в домашних условиях, рекомендован к разработке Комитетом по новой технике МЗ РФ. Медицинский соисполнитель - Кафедра педиатрии РГМУ, Отделение «Уха, горла, носа» 3-й городской детской больницы.

### Техническая характеристика

Питание (автономное или сеть) В/Гц.....	220/50
Диапазон частот Гц/кГц.....	0,5/1, 2, 4
Интенсивность звука (на расстоянии 1м от пациента в свободном звуковом поле), дБ.....	0...80
Масса, кг, не более.....	0,5
Класс по электробезопасности.....	II

